＊2011年10月15日（第2版）
2008年　7月　1日（第1版）

医療機器認証番号：220AFBZX00108000

類別：機械器具81　磁気治療器

管理医療機器　一般的名称：家庭用永久磁石磁気治療器（71016000）

磁気まくら RMG-02 マグネリック

添付文書（取扱説明書）

このたびは、”マグネリック”をお求めいただきましてまことにありがとうございます。この”マグネリック”は家庭用永久磁石磁気治療器です。
”マグネリック”の機能を十分に理解してご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただき、注意事項を必ず守って正しくお使いくださる様お願いいたします。
なお、この取扱説明書には保証書が付いていますので大切に保管してください。

禁忌・禁止

次の人は誤作動を招く恐れがありますので、使用しないでください。

- ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型電気機器を使用している人。
- 脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント［頭皮下に埋め込んで脳せき（脊）髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長時間使用し、磁気を利用し、バルブ圧を変更することで脳せき（脊）髄液の流量が変更可能な医療用具］などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人。

⚠使用上の注意

【使用前の注意】

1. 次の人は使用前に医師に相談してください。
   - 悪性しゅよう（腫瘍）のある人
   - 心臓に障害のある人
   - 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
   - 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人
   - 皮膚に感染症及び／又は創傷のある人
   - 安静を必要とする人
   - 体温38℃以上（有熱期）の人
     例1. 急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など］の強い時期
     例2. 衰弱している時
   - ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性［とう（疼）痛症］疾患の人
2. 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものは近づけないでください。
3. 治療器外被に破れがある場合及び磁石装着部に破れがある場合は使用しないでください。
4. しばらく使用しなかった治療器を使用する時は磁石の割れや、金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。
5. 他の治療器と同時に使用しないでください。

【使用中の注意】

1. 治療器に異常が発見された場合は、使用を直ちに中止してください。
2. 身体に異常を感じた時は、使用を直ちに中止してください。
3. 身体に発しん（疹）、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を直ちに中止してください。

【使用後及び保管の注意】

1. 使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。
2. 使用後の廃棄については、各自治体の定めに従って廃棄してください。
3. 直射日光をさけ湿気の少ないところに保管してください。

【保守点検に係る事項】

1. 改造又は分解しないでください。
2. 治療器に異常が発見された場合は、勝手にいじらず、販売業者又は製造販売元に連絡してください。

【使用目的、効能又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用すること。

【使用方法】

ご使用に当っては、取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。治療器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 治療器には、表と裏及び首側、頭側がありますので間違いのないようにご注意ください。
2. 磁気枕の磁石の部分が首部にくるようにしてご使用ください。

＊【包装】

本品は次のものから構成されています。



磁気まくら　1個



添付文書（取扱説明書）1部

【形状及び構造】

（各部の名称及び働き）



①覆　布　地…治療導子を生地で覆っています。
②磁　　石…磁気を発生し治療効果を与えます。
　　（合計 21 個）
③品 質 表 示…商品名や注意事項を表示しています。

【品目仕様等】

品　　名	磁気まくら RMG-02　マグネリック
医療機器認証番号	220AFBZX00108000
治 療 器 寸 法	長さ 550× 幅 350× 厚さ 100～110(㎜)
重　　量	600g
磁 束 密 度	70mT
磁 石 個 数	21 個

【製造販売業者及び製造業者の氏名及び住所】

《製造販売業者》
氏　　名：株式会社リッコー
住　　所：大分県国東市国東町富来浦字長浜 2744-212
電 話 番 号：0978-74-1311

《製 造 業 者》
氏　　名：株式会社リッコー
住　　所：東京都品川区西五反田 7-22-17
電 話 番 号：03-3490-0008

【アフターサービスと保証について】

1. この取扱説明書には、保証書がついています。
　お買い上げの販売店で所定事項の記入、及び記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
2. 保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。
3. 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。
4. 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
5. 補修部品（商品機能を維持するために必要な部品）は製造打ち切り後、最低 6 年間は保有しています。
6. アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品についてのご相談、お問い合わせは、お買い上げ販売店か、
　株式会社リッコー窓口にお問い合わせください。

〈無償修理規定〉

1. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と保証書をご持参のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
2. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理依頼ができない場合には、株式会社リッコー窓口へご相談ください。
4. 保証期間中でも次の場合には有償修理となります。
　①使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
　②お買い上げ後の落下等、取扱い上の不注意による故障及び損傷。
　③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び破損。
　④一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
　⑤保証書のご提示がない場合
　⑥保証書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.

磁気まくら RMG-02 **マグネリック** 保証書

お客様	ご住所 ＿＿＿＿＿＿＿＿ お名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 電　話　　（　　）	保 証 期 間	お買い上げ日より 1 ヶ年
		お買い上げ日	年　月　日
販売店	住所・店名 電 話　　（　　）	・所定記入欄が空欄のままですと保証書は有効となりませんのでもし未記入の場合は、すぐお買い上げ販売店へお申しでください。 ・保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。	

11XRMR02